



Eca-109/VCR_人食管癌长春新碱耐药株

细胞基本信息

| | |
|-------|---|
| 细胞名称 | Eca-109/VCR_人食管癌长春新碱耐药株 |
| 细胞品牌 | 通物生物 |
| 细胞规格 | 1×10 ⁶ cells/T25 培养瓶 |
| 细胞英文 | Eca-109/VCR 细胞 |
| 细胞简介 | 该人食管癌长春新碱耐药株由通蔚生物科技有限公司制备并提交，可用于基础研究和科研使用 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 食管 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | RPMI-1640, 90%; CBS, 10% |
| 生长条件 | 气相：空气，95%；二氧化碳，5%；温度：37℃ |
| 传代方法 | 1: 3 至 1: 6，每周2次 |
| 冻存条件 | 95% 培养基+5% DMSO，液氮储存 |
| 支原体检测 | 荧光法 |
| 发货方式 | 快递运输(特殊情况的另处理) |
| 供应范围 | 仅限于科研实验使用，不得用于其他用途 |



注意事项

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 使用产品时应注意无菌操作，避免污染 |
| 2 | 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用 |
| 3 | 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中 |
| 4 | 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用 |
| 5 | 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面 |
| 6 | 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用 |

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，**重发**。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，**重发**。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，**重发**。
4. 常温发货细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，**重发**。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染经核实后，**重发**。
6. 细胞活性问题在收到产品 3 天内提出真实实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，**重发**。

细胞不予重发

1. 客户操作造成细胞污染，**不重发**。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，**不重发**。



3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，**不重发**。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，**不重发**。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，**不重发**。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，**不重发**。

特别说明

上海通蔚生物客户在细胞培养过程中，有任何技术问题可以拨打免费服务电话 **021-54845833 或 15800441009**，我们随时给予实验中的免费解答。