



## 肌酸含量检测试剂盒(微量法)(酶法)

中文名称：**肌酸含量检测试剂盒(酶法)**

英文名称：Creatine Content Assay Kit(Enzymatic method)

产品包装：盒装

产品规格：100T/48S

储存条件：-20℃

检测方法：微量法

有效期：6个月

产品内容：

试剂名称	规格	保存条件
提取液一	液体 60mL×1 瓶	2-8℃保存
提取液二	液体 10mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂一	粉剂×2 支	-20℃保存
试剂二	粉剂×2 支	-20℃保存
试剂三	粉剂×2 支	-20℃保存
试剂四 A 液	液体 10 mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂四 B 液	液体 10 mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品	粉剂×1 支	2-8℃保存

溶液的配制：

**试剂一：**临用前每支加入 550μL 蒸馏水，充分溶解。用不完的试剂分装后-20℃保存。

**试剂二：**临用前每支加入 0.15mL 蒸馏水，充分溶解。用不完的试剂分装后-20℃保存。

**试剂三：**临用前每支加入 0.5mL 蒸馏水(100T/48S)，充分溶解。为方便储存故多给一支。

用不完的试剂分装后-20℃保存。



**试剂四：**临用前根据试验所需用量，按照试剂四 A 液：试剂四 B 液=1:1，充分混匀，现用现配。

**标准品：**1mg 一水肌酸。临用前加入 1mL 蒸馏水，充分溶解，即 1mg/mL 一水肌酸标准储备液。临用前取 20 $\mu$ L 和 80 $\mu$ L 蒸馏水混合配制成 200 $\mu$ g/mL 作为标准溶液待测。现用现配。

#### **产品说明：**

肌酸(Creatine)是一种含氮化合物，自然存在于脊椎动物体内，能够辅助为肌肉和神经细胞提供能量。肌酸可由精氨酸(arginine)、甘氨酸(glycine)及甲硫氨酸(methionine)三种氨基酸合成，可由人体自行合成，也可以从食物中摄取。大约 95%的肌酸存在于骨骼肌中，主要存在形式为磷酸肌酸。肌酸作为一种补充剂主要通过增加肌肉质量，增强运动表现能力。肌酸也被作为神经肌肉疾病的一种治疗药被广泛研究，它可能有助于保护神经和改善细胞生物功能状态。

肌酸酶偶联肌氨酸氧化酶，可将肌酸转化为甘氨酸、甲醛、过氧化氢，过氧化物酶催化过氧化氢氧化 4-氨基安替比林偶联酚，生成有色化合物，在 505nm 有特征吸收峰。

**注意：**实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验，如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

#### **需自备的仪器和用品：**

可见分光光度计/酶标仪、低温离心机、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96 孔板、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水、超声破碎仪。

#### **操作步骤：**

##### **一、样本处理(可适当调整待测样本量)**

1、细菌、细胞样本的制备：按照细胞数量( $10^4$  个):提取液一体积(mL)为 500~1000:1 的比



例(建议 500 万细胞加入 1mL 提取液一)，冰浴超声波破碎细胞(功率 300W，超声 3 秒，间隔 9 秒，总时间 5min)；于 4℃,12000g 离心 10min，取 0.8mL 上清液，再加入 0.15mL 提取液二，4℃,12000g 离心 10min 后取上清待测。

2、组织样本的制备：按照质量(g):提取液一:体积(mL)为 1: 5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液一)加入提取液一,冰浴匀浆后于 4℃,12000g 离心 10min,取 0.8mL 上清液，再加入 0.15mL 提取液二，4℃,12000g 离心 10min 后取上清待测。

3、血清(浆)：取 100μL 血清(浆)加入 1mL 提取液一，4℃12000g 离心 10min，取 0.8mL 上清液，再加入 0.15mL 提取液二，4℃,12000g 离心 10min 后取上清待测。

## 二、测定步骤

1、分光光度计/酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 505nm，分光光度计蒸馏水调零。

2、按下表步骤加样：

试剂名称(μL)	测定管	对照管	空白管	标准管
样本	20	20	-	-
蒸馏水	-	20	20	-
标准溶液	-	-	-	20
试剂一	20	-	20	20
充分混匀，37℃(哺乳动物)或 25℃(其他物种)条件下，反应 10 min。				
试剂二	2	2	2	2
试剂三	2	2	2	2
试剂四	160	160	160	160
充分混匀，37℃(哺乳动物)或 25℃(其他物种)条件下，显色 30min。测定 505nm 处的吸光度。分别记为 A 测定、A 对照、A 空白、A 标准。ΔA 测定=A 测定-A 对照，ΔA 标准=A 标准-A 空白。				

**注：**空白管只需做 1-2 次。

### 注意事项：

1、显色完成后，请在 10min 之内完成检测。

2、提取液中含有蛋白沉淀剂，提取的上清液不能用于蛋白浓度的测定。若想要用蛋白浓度



计算肌酐含量需要另取组织或血清(浆)，即取相同质量(体积)的组织(血清(浆))用 1.1875mLPBS(生理盐水)匀浆(相当于提取步骤样本上清液)，用 BCA 法进行蛋白浓度测定。

3、如果测定吸光值超过标准管吸光值，建议用蒸馏水稀释样本后再进行测定。如果测定吸光值过小，建议增大样本量后再进行测定。

#### 实验实例：

1、取 0.1g 兔肾脏加入 1mL 提取液一进行匀浆研磨离心，取 0.8mL 上清后加 0.15mL 提取液二，离心取上清后按照测定步骤操作，用 96 孔板测得数据后计算 $\Delta A$  测定=A 测定-A 对照=0.108-0.074=0.034， $\Delta A$  标准=A 标准-A 空白=0.806-0.053=0.753。按样本质量计算含量得：肌酸含量( $\mu\text{g/g}$  质量)= $208.76 \times \Delta A$  测定 $\div \Delta A$  标准 $\div W=94.26\mu\text{g/g}$  质量。

2、取 100 $\mu\text{L}$  牛血清加入 1mL 提取液一，取 0.8mL 上清后加 0.15mL 提取液二，离心取上清，之后按照测定步骤操作，用 96 孔板测得数据后计算 $\Delta A$  测定=A 测定-A 对照=0.122-0.062=0.06， $\Delta A$  标准=A 标准-A 空白=0.806-0.053=0.753。按照液体体积计算含量得：肌酸含量( $\mu\text{g/mL}$ )= $2296.39 \times \Delta A$  测定 $\div \Delta A$  标准=282.98 $\mu\text{g/mL}$  血清。