



活化凝血时间(ACT)检测试剂盒(凝固法)

中文名称：活化凝血时间(ACT)检测试剂盒(凝固法)

检测方法：凝固法

产品包装：盒装

产品规格：50T

产品简介：静脉血离体后至完全凝固所需的时间即为凝血时间，它是反映内源性凝血系统各凝血因子活性的筛选实验。向全血中加入白陶土-脑磷脂混悬液，白陶土充分激活凝血因子XII、XI，启动内源性凝血系统，脑磷脂则为凝血反应提供丰富的催化表面，促进凝血过程，提高实验的敏感性，所检测的血液凝固时间即为活化凝血时间(activated clotting time, ACT)。活化凝血时间(ACT)是内源性凝血系统敏感的筛选实验之一，该试剂盒主要用于检测人、动物血液的活化凝血时间的测定。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。