



草鱼呼肠孤病毒 2 型探针法 qRT-PCR 试剂盒

Grass Carp Reovirus 2 Probe qRT-PCR Kit

仅
供
科
研
使
用

产品及特点

草鱼呼肠孤病毒 2 型 (Grass Carp Reovirus 2,GCRV-2) 是一种双链 RNA 病毒，其对酸碱的耐受能力较强，可以通过水体或寄生虫传播给健康的草鱼这些易感鱼类。草鱼呼肠孤病毒 2 型是目前已知的毒力强的呼肠孤病毒，主要引起 1 龄和 2 龄草鱼出血病，死亡率一般为 30~50%，甚至可以高达 60~90%。草鱼呼肠孤病毒 2 型不仅能感染草鱼，还能感染青鱼 (*Mylopharyngodon piceus*)、麦穗鱼 (*Pseudorasbora parva*)、稀有鮈 (*Gobiocypris rarus*)、鲢 (*Hypophthalmichthys molitrix*) 等。该病毒流行广、在中国、越南、缅甸等亚洲国家都有报道，同时其具有的危害大、死亡率高、发病季节长等特点，严重影响了广大养殖者的积极性和我国淡水养殖业的健康发展。因此快速灵敏诊断草鱼呼肠孤病毒 2 型具有重要意义。本产品就是以探针法荧光定量 RT-PCR 技术为基础开发的专门检测草鱼呼肠孤病毒 2 型的含内参试剂盒，[它具有下列特点](#)：

1. 即开即用，用户只需要提供样品 RNA 模板。
2. 引物和探针经过优化，分析灵敏性高，可以达到 100 拷贝/反应。
3. 提供阳性对照，便于制备标准曲线和用作扩增对照，排除假阴性结果。
4. 含识别内源性内参的引物和探针，便于排除 RT-PCR 假阴性样本。
5. 特异性高，靶分子的引物和探针是根据草鱼呼肠孤病毒 2 型 RNA 高度保守区设计，不会跟其他生物的 RNA 发生交叉反应。内参的引物和探针根据草鱼 *gig2p* 基因设计。
6. 既可用于定性检测，又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为 5 个数量级。
7. 本产品足够 50 次 20μL 体系的探针法 RT-PCR 反应。
8. 本产品只能用于科研。

规格及成分	成分	规格	包装			
	探针法 qRT-PCR 缓冲液	500μL	0.5mL 蓝盖管			
	探针法 qRT-PCR 酶混合液 v2	50μL	0.5mL 红盖管			
	荧光 PCR 专用模板稀释液	1mL	1.5mL 绿盖管			
	草鱼呼肠孤病毒 2 型 RT-PCR 引物-探针干粉(含内参引物探针)	50 次	0.5mL 棕色管			
	草鱼呼肠孤病毒 2 型 RT-PCR 阳性对照(1×10^7 拷贝/ μL)	50μL	0.5mL 黄盖管			
	使用手册	1 份	无			
	本产品采用五孔盒包装					
注 意： 引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 216 μL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20°C保存。						
<p>一、稀释标准曲线样品 (以阳性对照 10^1-10^6 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标记 6 个离心管，分别为 6, 5, 4, 3, 2, 1。 2. 在各管中加入 45μL 荧光 PCR 专用模板稀释液。 3. 在 6 号管中加入 5 μL 1×10^7 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡 1 分钟，得 1×10^6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。 4. 换枪头，在 5 号管中加入 5 μL 1×10^6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1×10^5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。 5. 换枪头，在 4 号管中加入 5 μL 1×10^5 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1×10^4 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。 6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线阳性样品。放冰上待用。 <p>二、样品 RNA 的制备</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 如果有 N 个样品，设置 N+2 个提取，多出的一个是制备 PC (样品制备阳性对照)，一个是制备 NC (样品制备阴性对照)。可以用确认是阳性的样本作为阳性对照，用确认是阴性的样本作为阴性对照。 8. 用自选方法纯化样品的 RNA，本试剂盒跟市场上大多数 RNA 提取试剂盒兼容，也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 <p>三、Probe qRT-PCR 反应 (20μL 体系，在样品制备室进行)</p>						

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 N+9 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 RT-PCR 阴性对照（用水做模板），6 个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做 1 次重复，则标记 N+4 个 RT-PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 RT-PCR 阴性对照（用水做模板），1 个用于 RT-PCR 阳性对照（直接用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。

10. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复）：

成分	样品管 N+2 个	RT-PCR 阴性对照	标准曲线样品管 (1-6 管)
探针法 qRT-PCR 缓冲液	各 10μL	10μL	各 10μL
探针法 qRT-PCR 酶混合液 v2	各 1μL	1μL	1μL
草鱼呼肠孤病毒 2 型 PCR 引物-探针混合液(含内参引物和探针)	各 4μL	4μL	各 4μL
N+2 个待测样（含内源性内参）	各 5μL	不加	不加
超纯水	不加	5μL	不加
第 6 步所得标准曲线样品稀释液 (1-6 号)	不加	不加	各 5μL

11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 RT-PCR：

过程	温度	时间
逆转录	50°C	10min
预变性	95°C	4min
RT-PCR 反应 (40 个循环)	95°C	15sec
	60°C	45 sec (采集 FAM 通道和 HEX 通道的荧光信号，淬灭基团均为 BHQ)

四、数据处理

12. 阴性阳性判断：没有 Ct 读数，或 Ct 大于 40 判为阴性结果。有 Ct 读数，Ct 值小于 40，荧光

	<p>信号有对数增长，有典型扩增曲线判为阳性结果。每个样本需要对 FAM 通道和 HEX 通道的结果分别进行判定，得到两个结果。</p> <p>13. 实验有效性判断：如果扩增阳性对照或制备阳性对照 FAM 通道结果为阴性则整个实验无效，不需要分析数据，需要分析原因，可能是操作、仪器和试剂三方面的原因，重做扩增或制备或跟仪器和试剂厂家联系。如果扩增阴性对照或制备阴性对照 FAM 通道结果为阳性，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析数据，需要分析失败原因，直到污染消除。如果阳性对照和阴性对照正常，则进入下一步分析样本的有效性。</p> <p>14. 样本有效性判断：如果样本 FAM 通道的结果为阳性，则无论内参 HEX 通道的结果是阴性还是阳性，样本的结果均有效。如果样本结果为阴性，内参通道结果也为阴性，则此样品的阴性结果无效。此样品需要重新提取核酸和进行扩增。</p> <p>15. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的 log 值为横轴，分别以阳性对照 FAM 通道和内参 HEX 通道的 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线，阳性对照 FAM 通道读数的标准曲线为斜线，r₂ 必须大于 0.95，内参 HEX 通道读数的标准曲线为一条跟 X 轴平行的横线。再以待测样品的 Ct 值从阳性对照 FAM 通道读数的标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值，再推算出其浓度。</p> <p>16. 如果用于定性实验，对待测样品，如果其 FAM 通道的 Ct 没有读数、或 Ct 大于或等于 40 则均为阴性，如果小于 40 则为阳性。对任何 FAM 通道结果为阴性的待测样本，如果其对应的内参 HEX 通道也为阴性，则此样品的阴性结果无效，此样品需要重复实验。</p>
PCR 编号	TW-E10265
说明书	1 份
自备试剂	样品 RNA
运输及保存	低温运输，-20°C 保存，有效期 2 年。

上海通蔚

生产企业：上海通蔚实业有限公司

公司地址：上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603

公司电话：021-54845833

技术支持：15800441009